



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02.2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 02.2022

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

FORNECEDOR: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA

MARCA/FABRICANTE: MEDTESTE/ HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO., LTD. – CHINA

TESTE RÁPIDO ANTÍGENO NS1 DENGUE

Descrição	Atende	Não Atende
Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa do antígeno ns1 do vírus da dengue.	X	
Permite resultado em até 30 minutos, a partir de amostra de sangue total.	X	
Cassete para teste (embalado individualmente com dessecante)	X	
Tampão diluente	X	
Pipetas capilares (ou conta-gotas) para a amostra de sangue	X	
Registro na ANVISA	X	
Bula/instruções de uso em português	X	
Mínimo de 90% de sensibilidade – Em bula	X	
Mínimo de 95% de especificidade – Em bula	X	
Caixa com no máximo 25 unidades	X	

Amostra:

- APROVADA**
 REPROVADA

Observações:





Responsável pela Análise:

Nome: Pheandro Augusto Rossi Barreto
Matrícula: PMI / 1536401

Função: Farmacêutico / Coordenador – CTAF/AMFRI

Pheandro A. R. Barreto
Farmacêutico - CRFISC 6151
Sec. Mun. de Saúde - Itajaí (SC)

Pheandro Augusto Rossi Barreto
Farmacêutico – CRFSC 6151
Coordenador – CTAF/AMFRI (2022-2023)

Itajaí - 20 de Julho de 2022.


FORNECEDOR: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA E FABRICANTE: MEDTESTE/ HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO., LTD. – CHINA

TESTE RÁPIDO ANTICORPOS IGM E IGG DENGUE:

Descrição	Atende	Não Atende
Teste rápido imunocromatográfico para detecção de anticorpos IgM e IgM contra o vírus da dengue	X	
Permite a detecção dos anticorpos igm e igg separadamente	X	
Permite resultado em até 30 minutos, a partir de amostra de sangue total.	X	
Cassete para teste (embalado individualmente com dessecante)	X	
Tampão diluente	X	
Pipetas capilares (ou conta-gotas) para a amostra de sangue	X	
Registro na ANVISA	X	
Bula/instruções de uso em português	X	
Mínimo de 94% de sensibilidade para IgG – Em bula	X	
Mínimo de 94% de sensibilidade para IgM – Em bula	X	
Mínimo de 95% de especificidade para IgG– Em bula	X	
Mínimo de 95% de especificidade para IgM– Em bula	X	
Caixa com no máximo 25 unidades	X	





Amostra:

- APROVADA**
 REPROVADA

Observações:

Responsável pela Análise:

Nome: Pheandro Augusto Rossi Barreto
Matrícula: PMI / 1536401

Função: Farmacêutico / Coordenador – CTAF/AMFRI

*Pheandro A. R. Barreto
Farmacêutico - CRF/SC 6151
Sec. Mun. de Saúde - Itajaí - SC*

Pheandro Augusto Rossi Barreto
Farmacêutico – CRFSC 6151
Coordenador – CTAF/AMFRI (2022-2023)

Itajaí - 20 de Julho de 2022.

